



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report No.

2024SP05744R01

样品名称

Name of Sample

智能紫外线消毒装置

委托单位

Applicant

苏州迅奇云消卫生与环境技术有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address:

Building 66, No.100 Central Xian Li Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2024SP05744R01

校验码 (Verification Code) : DYYGHEHX

样品名称 Name of Sample	智能紫外线消毒装置	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	苏州迅奇云消卫生与环境技术有限公司	地址 Address	江苏省昆山市开发区杜鹃路555号C2
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1台
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	UVhero S+	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2024-05-16	验讫日期 Completion Date	2024-06-03
检测项目 Item Tested	灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：紫外线灯等		
检测依据和方法 Test Standard and Method	《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.4）等		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 签发日期：2024-06-03 Issue Date (机构盖章 Official Seal)		
备注 Remarks	生产厂家：苏州迅奇云消卫生与环境技术有限公司，地址：江苏省昆山市开发区杜鹃路555号C2（由委托方提供）		

制表：胡少芳
Editor

审核：陈维
Verifier

批准：[Signature]
Approver



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.) : 2024SP05744R01

一、灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验：紫外线灯

- 测试方法：《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.4）
- 作用时间：20 min
- 作用距离：2 m
- 作用载体：不锈钢载体
- 测试结果：

测试菌株	试验次数	试验组平均菌落数 (cfu/片)	对照组平均菌落数 (cfu/片)	杀灭对数值	杀灭率 (%)
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	1	1.5×10^2	2.8×10^6	4.27	99.99
	2	1.6×10^2	2.3×10^6	4.16	99.99
	3	1.2×10^2	2.2×10^6	4.30	99.99
白色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus albus</i>) 8032	1	4.0×10^2	3.2×10^6	3.91	99.99
	2	2.2×10^2	2.3×10^6	4.02	99.99
	3	2.6×10^2	2.9×10^6	4.05	99.99

(接下页)



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.) : 2022SP03415R01

二、空气消毒效果鉴定试验 (模拟现场试验)

1. 测试方法: 《消毒技术规范》(卫生部 2002 年版) 第二部分 (2.1.3)
2. 试验菌株: 白色葡萄球菌 (*Staphylococcus albus*) 8032
3. 检测结果:

作用时间	试验次数	对照组		试验组		杀灭率 (%)
		初始空间空气中的细菌菌落数 (cfu/m ³)	作用后空气中的细菌菌落数 (cfu/m ³)	初始空间空气中的细菌菌落数 (cfu/m ³)	作用后空气中的细菌菌落数 (cfu/m ³)	
2 h	1	1.0×10 ⁵	6.4×10 ⁴	1.1×10 ⁵	7	99.99
	2	9.1×10 ⁴	6.1×10 ⁴	1.0×10 ⁵	7	99.99
	3	1.1×10 ⁵	7.0×10 ⁴	1.1×10 ⁵	7	99.99

试验舱空间大小: 20 m³

测试环境相对湿度: 65.3 %

测试环境温度: 24.6℃

注: 杀灭率试验结果已消除微生物在空气中自然消亡因素的影响。

4. 样品照片:



(以下空白)



广 微 测

Gmicro Testing

报告编号 (Report No.) : 2024SP05744R01

注意事项

Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.

2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本机构书面同意，不得部分复制（全部复制除外）检测报告。

Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明，检测报告仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.